

Prot. n. 078/AP
Napoli, 26 Marzo 2013

**Al Sub Commissario governativo
per l'attuazione del
Piano di Rientro del Settore Sanitario
Dr. Mario Morlacco**

Alla Dr.ssa Rosa Martino

REGIONE CAMPANIA
Centro Direzionale Is. C3
80143 Napoli


**Oggetto: Proposta di integrazione al documento ASPAT relativo alla
istituenda "rete" dei laboratori Privati Accreditati.**

Egregio Dr. Morlacco,
a ricognizione di quanto formulato con ns. precedente nota (prot. n. 054/AP)
segnaliamo, con la presente, le seguenti osservazioni integrative:

- **Modifica dell'Ambito territoriale :**

Per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione delle forme di
aggregazione tra le strutture si propone di identificare lo stesso con un **territorio
interaziendale tra il laboratorio service ed i centri prelievi.**

In tal modo si garantirebbe il corretto trasporto dei campioni in un arco
spazio/temporale limitato ed al tempo stesso si realizzerebbe una rete di strutture
più capillare dal momento che alcuni centri prelievi potrebbero essere insediati in
zone di confine o interne poco asservite rispetto all'insediamento principale con ciò
andando incontro alle esigenze dell'utenza delle aree più disagiate.





- **Modifica dei requisiti strumentali:**

Ad integrazione del punto concernente la modifica dei requisiti strumentali attualmente in vigore (DGRC 7301/2001) con l'eliminazione della strumentazione obsoleta o non più in uso nelle metodiche utilizzate, forniamo di seguito un elenco di quella che andrebbe abolita:

- Stufa a secco
- Autoclave
- Agitatore orizzontale
- Fotometro con possibilità di misura nel vicino UV (340nm) con cellette termostate
- Fotometro a fiamma o ad elettrodi selettivi
- Attrezzatura completa per elettroforesi con alimentatore, vasca di separazione e densitometro
- Ph metro
- Fotometro registratore a banda stretta (per tossicologia di 1° livello)
- Assorbimento atomico (per tossicologia di 1° livello).

Certi del Suo pronto riscontro, restiamo a disposizione per ogni eventuale ragguglio.

Mille cordialità.

Il Presidente Comm.ne Consultiva
Dr. A. Capozzi

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi